



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № СО-2600-976(1) / 19.02.2013г.

До Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за „Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване”, с три обособени позиции”

ОТНОСНО: открита процедура с предмет **„Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване”, с три обособени позиции:**”

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система”, по проект *“Технологично обновление и ремонт на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД гр. София”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, вписана в регистъра по обществени поръчки с уникален номер 00087-2013-0017.*

Във връзка с поставени въпроси и в изпълнение на чл.29, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме отговори на поставените въпроси:

ВЪПРОС №1:

В техническата спецификация по Позиция №2 „Многослайсен компютърен томограф” е описано:

- „9. Софтуер за визуална симулация на лечението ”

Моля потвърдете, че изискването следва да се разбира „Софтуер за виртуална симулация на лъчелечението”?

ОТГОВОР на въпрос №1:

Потвърждаваме, че т.9 от позиция 2 на Техн.спесификация "Многослайсен КТ" да се разбира: "Софтуер за виртуална симулация на лъчелечението".

ВЪПРОС №2:

В техническата спецификация по Позиция №2 „Многослайсен компютърен томограф” е описано:

- „Забележка: Препоръки за допълнителни възможности:

- 1.Програма за автоматично премахване на костни структури.
- 2.Програма за КТ ангиография.
- 3.Електроразпределително табло.
4. Двуформатен DICOM принтер.”

Моля да поясните дали доставката на описаните изисквания означени като „препоръки” е задължителна или не.

ОТГОВОР на въпрос №2:

Потвърждаваме, че „Забележки.....” от позиция 2 на Техн.спесификация „Многослайсен КТ” трябва да се считат като задължителни, а не препоръчителни.

ВЪПРОС №3:

В техническата спецификация по Позиция 2 „Дигитална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти” е описано:

„5. Плосък дигитален детектор с размер”

„11.1. LCD монитор за описание и документооборот с матрица”

Моля да поясните какви следва да бъдат съответно размера на детектора и матрицата на монитора.

ОТГОВОР на въпрос №3:

т.5 и т.11.1 в позиция 2 "Дигитална мамографска система"на Техн. документация да се разбират както следва:

т. 5. Плосък дигитален детектор с предложен от производителя размер, който да е съвместим с конфигурацията.

т.11.1 LCD монитор за описание и документооборот с предложен от производителя размер на матрицата съвместим с конфигурацията.

Кмет на Столична община:

/Йорданка Фандъкова/



За кмет

Зам. кмет: М. Боджикова

Заповед за заместване № 10-15-228