



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел 9377548, факс 980 98 66. www.sofia.bg

Изх. № СО-2600 - 1022 / 1 / 22.02 :2013г.

До

Лицата Закупили Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител за „Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване“, с три обособени позиции”

ОТНОСНО: открита процедура с предмет „Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване“, с три обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

- Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

- Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система”, по проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, вписана в регистъра по обществени поръчки с уникален номер 00087-2013-0017.

Във връзка с поставени въпроси и в изпълнение на чл.29, ал.1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме отговори на поставените въпроси:

ВЪПРОС 1:

В посочения за спецификация на „HIS & PACS” – интегрална система за архивиране и обмен на образи липсват други изисквания за болничната информационна система (HIS) освен PACS функциите. Моля да уточните тя включва ли други функции освен архивиране и разпространение на образите?

ОТГОВОР на въпрос №1:

Описаната в позиция 6 на техническата спецификация за оборудването „HIS & PACS” – интегрална система за архивиране и обмен на образи, няма други функции освен упоменатите в спецификацията. Изискването е системата да се интегрира в болничната информационна система (HIS) – виж 1.9.

ВЪПРОС 2:

В т. 1.20 от „HIS & PACS” – интегрална система за архивиране и обмен на образи е записано „RAID с капацитет 6 Terabyte...”. Моля да уточните това изискване на всяка една от работните станции ли се отнася или за сървъра?

ОТГОВОР на въпрос №2:

Изискването на т. 1.20 от техническата спецификация на „HIS & PACS” – интегрална система за архивиране и обмен на образи, се отнася за сървъра, а не за работните станции.

ВЪПРОС 3:

Системата за разширена обработка и триизмерна (3D) визуализация на изображението по същество е описана като PACS сървър. Моля за уточнение следните технически данни:

- какъв е обемът на съхранение на изображението?
- какъв е броят на модалностите (броя на апаратите плюс работните станции), свързани в системата?

ОТГОВОР на въпрос №3:

- Обемът на съхраняваните изображения следва да се посочи от участниците и да е съвместим с конфигурацията на апаратурата.

- Броят на модалностите следва да е съобразен с разписаните в техническата спецификация параметри.

ВЪПРОС 4:

В т. 1.4 Системата за разширена обработка и триизмерна (3D) визуализация на изображението е записано „... което позволява 3D анализ (3D, 4D, MPR, косо, CPR, МЦВ, miniIP) в реално време...”. Моля да уточните, какво означава абривиатурата МЦВ?

ОТГОВОР на въпрос №4:

В т.1.4. има допусната техническа грешка при изписването. Абривиатурата „МЦВ” следва да се чете „МIP”.

Кмет на Столична община:

/Иорданка Фандъкова/

